TILZEN™ ONE

Désensibilisant dans les cas d'hyperesthésie dentinaire

PRESENTATION
Coffret contenant : 1 flacon de liquide (5 ml), 1 boîte de 100 applicateurs en feutre, 1 manche pour applicateurs en feutre, 20 palettes d'application en plastique.

COMPOSITION
Liquide : Copolymère à base de métacrylates et de styrène ; Dérivé d'acide oxalique ; Excipients.

PROPRIETES
TILZEN One permet de sceller la surface dentinaire en réagissant chimiquement avec la dentine ; il se forme alors un précipité qui bouche les tubuli dentinaires empêchant ainsi la propagation des stimuli thermiques, chimiques et mécaniques. L'action de TILZEN One est immédiate et durable (environ 6 mois). Attention : TILZEN One n'est pas un traitement pour les hypersensibilités pathologiques.

INDICATION
Désensibilisant dans les cas d'hyperesthésie dentinaire.

MODE D'EMPLOI
Après élimination du tartre et de la plaque dentaire selon les techniques habituelles, nettoyer la surface de la dent à l'aide d'une boulette de coton humidifiée puis la sécher soigneusement à l'aide d'une seconde boulette de coton. Isoler la dent de la salive. Déposer 1 à 3 gouttes de liquide dans un godet puis appliquer, à l'aide d'une boulette de feutre fixée à l'extrémité du manche, sur la surface dentinaire pendant 30 secondes en frottant et en tamponnant la surface. Sécher légèrement la surface avec une seringue à air pendant 10 secondes. Répéter l'application si la dent demeure sensible. Rincer à l'eau. Répéter le traitement si son efficacité n'est pas optimale la première fois.
En présence de zones sous gingivales profondes à traiter, procéder à une ouverture sulculaire douce (avec EXPASYL®) et utiliser un pinceau fin ou une pointe de feutre imbibée de TILZEN One en évitant le contact avec la gencive.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Stopper immédiatement l'utilisation si une irritation apparaît et consulter un médecin. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Après contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants. Ce produit compromet l'utilisation d'adhésifs dentinaires.

CONTRE-INDICATION
Allergie connue à l'un des composants.

TOXICITE
TILZEN ONE présente une bonne tolérance.

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. Bien refermer le flacon après utilisation. Conserver entre + 1 et + 30 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

ELIMINATION DES PRODUITS
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

CE 0120

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe IIa

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - 17 av. Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France - Tel. : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD 1401/01
15 Février 2013